

麻酔モニタ 一式 仕様書

品名	麻酔モニタ			
外寸	幅 296×高さ 375 × 奥行 185mm			
仕様	本体	定格電源	AC100V 50/60Hz	
		電源入力	70VA	
		バッテリー	連続使用時間：薬5分	
		保護の形式	クラスⅠ及び内部電源機器	
		記録方式	サーマルアレイドット式	
		記録紙	63mm×30m（折り畳み）	
		表示器	12.1インチTFTカラー液晶タッチパネル式	
		表示方法	スペースバー	
		掃引速度	25、50mm/s（心電図、脈波） 6.25、12.5mm/s（カプノグラム、フロー波形）	
		心電図感度	1/2、1、2、4、8cm/mV	
		心拍数測定範囲	0から300拍/分	
	パルスオキシメータ部			
		脈拍数測定範囲	20～250拍/分	
		酸素飽和度測定範囲	1～100%	
	ガスモジュール部			
		炭酸ガス濃度測定範囲	0～99mmHg	
		麻酔ガス	0～6%（イソフルレン、エンフルエン、ハロセン、セボフルレン）	
	体温部	測定範囲	15～45℃	
	非観血血圧部			
		血圧表示範囲	10～300mmHg	
	吸入器酸素濃度			
		測定範囲	0～100%	
	呼吸数測定部			
		測定範囲	0～120回/分	
		測定精度	±2回/分	
		掃引速度	6.25、12.5mm/s	
	外部出力	外部モニター出力	DVI-D	
	送信機	定格電源	単3形アルカリ乾電池（LR6） 1本使用 連続使用時間 約7日間	
		保護の形式	内部電源機器	
		保護の程度	CF形	
		誘電方法	3電極誘電法	
		入力インピーダンス	5メガΩ以上	
その他	積載荷重	1000kg		
	電源	A.C.100V 50Hz		
共通仕様	提案品受付 [可] 仕様が確認できるカタログ等を提出すること。 ※例示銘柄及び採用された提案品以外での応札はできません。			
品目・数量・ 例示銘柄等	品目	数量	メーカー名	銘柄・形式
	動物用生体情報モニタ	1	フクダ・エム・ イー工業株式会社	Bio-Scope AM140F

納入場所	埼玉県さいたま市緑区上野田696番地 浦和競馬組合野田管理事務所 診療所手術室
納入期限	令和5年3月31日(金) (具体的な納品日は、後日協議し、決定する。)
納入条件	<ol style="list-style-type: none">1 搬入及び調整の上、担当者の確認を受けること。2 搬入及び調整に要する経費は、受注者の負担とする。3 搬入及び調整に当たり、建設施設、設備等に損害を与えないよう、必要な措置を講ずること。なお、損害を与えた場合、現状復旧を行うこと。4 納入後1年間は保証期間とし、保守修理の費用は使用者の故意又は重過失によるものを除き、無償とすること。ただし、メーカー保証が1年以上ある場合にはその期間とする。5 障害発生時の連絡体制を整え、速やかに修理に応じること。6 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明を行うこと。7 搬入に際し発生した梱包材等は、持ち帰ること。8 納入品は新品とする。